



Pointe diamant



Trocart de biopsie ostéo-médullaire en crête iliaque à usage unique

Principales caractéristiques techniques :

- Poignée ergonomique avec code couleur
- Connexion Luer Lock pour seringue
- Guide de retrait avec indicateurs pour faciliter l'expulsion de l'échantillon et vérifier sa longueur pendant la procédure
- Bouchon spécial pour un retrait sûr de l'échantillon
- Stérilisation ETO

Références produit

CODE	GAUGE	COULEUR	LONGUEUR (mm)	CONDITIONNEMENT
NX**-***-00	7	● Jaune	100 - 150	10
NX**-***-00	8	● Vert	050 - 070 - 100 - 150	10
NX**-***-00	9	● Rose	050 - 070 - 100 - 150	10
NX**-***-00	11	○ Blanc	050 - 070 - 100 - 150	10
NX**-***-00	13	● Bleu	050 - 070 - 100 - 150	10

Exemple pour passer une commande :

NEO OXUS 11 G - 100 MM : NX11-100-00